

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu medycznego i anestezjologicznego w ramach zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku pralni na cele zespołu operacyjnego, centralnej sterylizatorni i centralnej dezynfektorni – stacji przygotowania łóżek dla Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, nr procedury 12/2010.**

Dotyczy: zadania nr 4 ssaki elektryczne dwubutlowe

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaków o wydajności 40 l/min?

Odpowiedź: Nie.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaków z możliwością wyboru butli ssącej za pomocą kranika bez konieczności rozłączania węży?

Odpowiedź: Tak.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaków z sterowaniem nożnym za pomocą jednego przycisku umożliwiającego pracę sterownika: 1 przycisk – jedno naciśnięcie włącza pracę, drugie naciśnięcie wyłącza?

Odpowiedź: Nie.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaków o wadze 17.5 kg , również na podstawie jezdnej na czterech antystatycznych kółkach w tym dwa z blokadą oraz z wygodnymi uchwytami do przenoszenia urządzenia?.

Odpowiedź: Nie.