

Załącznik nr 10 Kasetony przyłóżkowe – zadanie nr 8.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:

Kaseton elektryczno – gazowy sufitowy trzystanowiskowy z wyposażeniem dodatkowym do Sali Wybudzeń- 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI GRANICZNE | WYMAGANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR |
|------------|--|-------------------|--------------------|
| 1.0 | Parametry ogólne kasetonu. | | |
| 1.1 | Kaseton elektryczno-gazowy wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety kolorów RAL..... Długość całkowita kasetonu trzystanowiskowego L= 600 cm | TAK | |
| 1.2 | Wyposażenie elektryczne 1 stanowiska kasetonu o długości l=200 cm, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • 8 x gniazd elektrycznych 230V 50Hz • 2 x gniazdo elektryczne DATA 230V 50Hz • 4 x gniazdo ekwipotencjalne wg DIN 42801 • 1 x gniazdo 2xRJ45, kat. 5,E | TAK | |
| 1.3 | Wyposażenie 1 stanowiska kasetonu o długości l=200 cm w gniazda gazów medycznych, standard AGA, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x tlen • 2 x sprężone powietrze • 2 x próżnia wraz z instalacją gazów medycznych wew. kasetonu | TAK | |
| 2.0 | Zawiesie sufitowe | | |
| 2.1 | System prostopadłościennych kolumn sufitowych wraz z zawiesiem, umożliwiający podłączenie kasetonu do sieci instalacji elektrycznej i gazów medycznych | TAK | |
| 2.2 | Przystosowane do montażu kasetonu elektryczno-gazowego, oraz wyposażenia dodatkowego | TAK | |
| 3.0 | Wyposażenie dodatkowe kasetonu elektryczno-gazowego 3 stanowiskowego: | | |
| 3.1 | 3 x szyna instrumentalna o dł. l=200 cm, górna, zintegrowana z kasetonem | TAK | |
| 3.2 | 3 x zestaw półkowy burtowy mocowany do kasetonu z wyposażeniem: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x półka instrumentalna o wym. 445 x 320 mm (+/-5 mm) ze stali kwasoodpornej • 1 x szuflada o wym. 445 x 320 x 150 mm (+/- 5 mm) ze stali lakierowanej proszkowo, z półką ze stali kwasoodpornej • 2 x aluminiowe burty boczne zestawu półek, umożliwiające instalację wyposażenia dodatkowego • 1 x maszt pomp infuzyjnych z wieszakiem kroplówki/2 haczyki/, pionowy, montowany do burty zestawu półek za pomocą ruchomego przegubu. (stal kwasoodporna) | TAK | |
| 4.0 | Dodatkowe wymagania | | |
| 4.1 | Gwarancja min. 12 miesięcy | PODAĆ | |
| 4.2 | Deklaracja zgodności lub inne dokumentu potwierdzające, że oferowane | TAK | |

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| | urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. nr 93, poz. 896 z późn. zm.); | | |
| 4.3 | Instrukcji obsługi w języku polskim | TAK | |
| 4.4 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, nie powystawowy, rok produkcji 2010 | TAK | |
| 4.5 | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w dniu dostawy sprzętu. | TAK | |

Przedmiot zamówienia:

Kaseton elektryczno – gazowy sufitowy jednostanowiskowy z wyposażeniem dodatkowym do Sali Wybudzeń- 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI GRANICZNE | WYMAGANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR |
|------------|---|-------------------|--------------------|
| 1.0 | Parametry ogólne kasetonu. | | |
| 1.1 | Kaseton elektryczno-gazowy wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety kolorów RAL..... Długość całkowita kasetonu jednostanowiskowego L= 200 cm | TAK | |
| 1.2 | Wyposażenie elektryczne 1 stanowiska kasetonu o długości l=200 cm, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • 8 x gniazd elektrycznych 230V 50Hz • 2 x gniazdo elektryczne DATA 230V 50Hz • 4 x gniazdo ekwipotencjalne wg DIN 42801 • 1 x gniazdo 2xRJ45, kat. 5.E | TAK | |
| 1.3 | Wyposażenie 1 stanowiska kasetonu o długości l=200 cm w gniazda gazów medycznych, standard AGA, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x tlen • 2 x sprężone powietrze • 2 x próżnia wraz z instalacją gazów medycznych wew. kasetonu | TAK | |
| 2.0 | Zawiesie sufitowe | | |
| 2.1 | System prostopadłościennych kolumn sufitowych wraz z zawiesiem, umożliwiający podłączenie kasetonu do sieci instalacji elektrycznej i gazów medycznych | TAK | |
| 2.2 | Przystosowane do montażu kasetonu elektryczno-gazowego, oraz wyposażenia dodatkowego | TAK | |
| 3.0 | Wyposażenie dodatkowe kasetonu elektryczno-gazowego 1 stanowiskowego: | | |
| 3.1 | 1 x szyna instrumentalna o dł. l=200 cm, górna, zintegrowana z kasetonem | TAK | |
| 3.2 | 1 x zestaw półkowy burtowy mocowany do kasetonu z wyposażeniem: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x półka instrumentalna o wym. 445 x 320 mm (+/-5 mm) ze stali kwasoodpornej • 1 x szuflada o wym. 445 x 320 x 150 mm (+/- 5 mm) ze stali lakierowanej proszkowo, z półką ze stali kwasoodpornej • 2 x aluminiowe burty boczne zestawu półek, umożliwiające instalację wyposażenia dodatkowego | TAK | |

| | | | |
|------------|--|--------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 1 x maszt pomp infuzyjnych z wieszakiem kroplówki/2 haczyki/, pionowy, montowany do burty zestawu półek za pomocą ruchomego przegubu. (stal kwasoodporna) | | |
| 4.0 | Dodatkowe wymagania | | |
| 4.1 | Gwarancja min. 12 miesięcy | PODAĆ | |
| 4.2 | Deklaracja zgodności lub inne dokumentu potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. nr 93, poz. 896 z późn. zm.); | TAK | |
| 4.3 | Instrukcji obsługi w języku polskim | TAK | |
| 4.4 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, nie powystawowy, rok produkcji 2010 | TAK | |
| 4.5 | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w dniu dostawy sprzętu. | TAK | |

Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty

.....
data i podpis osoby upoważnionej