

## Odpowiedzi na zapytania

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na: **Dostawę wyposażenia technologicznego Bloku Operacyjnego w ramach zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku pralni na cele zespołu operacyjnego, centralnej sterylizatorni i centralnej dezynfektorni – stacji przygotowania łóżek dla Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, nr procedury 26/2010.**

1. **Dotyczy: załącznik nr 3.** Czy Zamawiający dopuszcza defibrylator stanowiący pojedynczy moduł. Podany warunek nie ma znaczenia klinicznego i wskazuje na producenta defibrylatora Corpuls 3.

**Odpowiedź:** Nie – Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

2. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności złożonych ofert, a co za tym idzie uzyskania atrakcyjniejszej ceny dokona wydzielenia z całości zamówienia do osobnego pakietu stołów operacyjnych?

**Odpowiedź:** Nie - zmiana tego typu wymagałaby zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym WE. Zamawiający w ogłoszeniu zawarł zapis o braku możliwości składania ofert częściowych i tego typu zmiana SIWZ bez zmiany treści ogłoszenia byłaby złamaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych.