

## Odpowiedzi na zapytania

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na: **Dostawę wyposażenia technologicznego Bloku Operacyjnego w ramach zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku pralni na cele zespołu operacyjnego, centralnej sterylizatorni i centralnej dezynfektorni – stacji przygotowania łóżek dla Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, nr procedury 26/2010.**

### **Pytanie nr 1 – dotyczy SIWZ, pkt. C.3.1**

Czy Zamawiający, ze względu na objętość instrukcji obsługi oraz ilość i różnorodność sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi wraz z dostawą a do oferty dołączenie oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu instrukcji obsługi oferowanych urządzeń w języku polskim?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi wraz z dostawą sprzętu.

### **Pytanie nr 2 – dotyczy SIWZ, pkt. C.10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów pkt. C.10 ppkt. 6 SIWZ na zgodne z zapisami art. 151 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, natomiast 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu **rękojmi za wady** i zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie **okresu rękojmi za wady**”.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

### **Pytanie nr 3 – dotyczy §7 ust. 5**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w/w postanowień umowy na: „Czas naprawy w okresie max. 14 dni”. Proponowany przez firmę PROMED S.A. termin naprawy jest zgodny z zapisami Załącznika nr 5 do SIWZ.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę w przypadku sytuacji wymagającej sprowadzenia uszkodzonego zespołu na nowy.

### **Pytanie nr 4 – dotyczy §7 ust. 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w/w postanowień umowy na: „Dostawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany uszkodzonego elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w przypadku trzech napraw tego elementu/podzespołu lub trzykrotnego usunięcia tego samego błędu tego elementu/podzespołu. W każdym przypadku termin wymiany nie może przekroczyć 21 dni”.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na termin 14 dni jak w pytaniu nr 3.

### **Pytanie nr 5 – dotyczy §8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów ust. 1 i 2 w/w paragrafu projektu umowy na:

„1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

- a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Dostawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za dostawę, od których realizacji odstąpił, z terminem płatności 30 dni od daty odstąpienia od umowy,
- b) zwłoki w realizacji kolejnych dostaw w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za sprzęt, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości

*niezrealizowanej w terminie dostawy,*

- c) *za dostarczenie niezgodnego z §1 przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wartości sprzętu za każdy dzień zwłoki w wymianie towaru, chyba że Dostawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu zamówienia w terminie 48 godzin roboczych.*

*2. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości zawartej umowy.”*

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody gdyż zapisy te pozwalają na naliczenie kary umownej dopiero po przekroczeniu ostatecznego terminu zakończenia realizacji umowy, tj. 31.03.2011.

**Pytanie nr 6 – dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów pkt. 46 tabeli „Łóżko do intensywnej terapii z wagą szt. 2”, pkt. 43 tabeli „Łóżka do intensywnej opieki medycznej – szt. 2” oraz punktu dotyczącego terminu reakcji serwisu tabeli „Wózki do transportu chorych na salę wybudzeń szt. 3” na zgodny z zapisami §7 ust. 4 Załącznika „Istotne postanowienia umowy”: „Czas reakcji serwisu nie dłużej niż 24 godziny, jeżeli zgłoszenie zostało przesłane najpóźniej do godz. 10.00 w dniu roboczym, w pozostałych przypadkach do 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki.”

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

**Pytanie nr 7 – dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie wymogu zapewnienia łóżka zastępczego na okres naprawy.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

**Pytanie nr 8 – dotyczy §5 pkt 5 i 6 istotnych postanowień umowy**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie ze wzoru umowy powyższych zapisów, poprzez które Zamawiający stara się wkroczyć w stosunki prawne i handlowe między wykonawcą a podwykonawcami, w których zgodnie z prawem nie może uczestniczyć. Sprawa ewentualnego zalegania Wykonawcy z płatnościami w stosunku do podwykonawców nie ma i nie może mieć dla Zamawiającego żadnego znaczenia, a już na pewno nie może uzależniać w jakikolwiek sposób płatności występujących w stosunkach Zamawiający – Wykonawca. Zamawiający nie może bowiem, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, uzurpować sobie prawa do arbitralnego wkraczania w zobowiązania pomiędzy niezależnymi podmiotami gospodarczymi nierzadko zresztą objęte klauzulami tajemnicy handlowej.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody – gdyż w przypadku braku uregulowania należności Podwykonawcy przez Dostawcę miałby on możliwość dochodzenia należności od Zamawiającego.

**Pytanie nr 9 - dotyczy załącznika nr 3**

Czy Zamawiający dopuści jednomodułowy defibrylator pracujący w zakresie energetycznym 2J-270J z możliwością pomiaru saturacji, ze stymulacją zewnętrzną oraz 5-odprowadzeniowym monitorowaniem EKG, wagi 4,8 kg w pełnej gotowości do interwencji (z elektrodami i baterią) oraz pracujący w temperaturze od 0°C do 50°C, przy czym warunki przechowywania defibrylatora uwzględniają zakres temperatur od -20°C do 60°C? Biorąc pod uwagę lekką konstrukcję proponowanego defibrylatora (4,8 kg) oraz małe wymiary (30 cm x 27,2 cm x 18,8 cm), umożliwiające dużą swobodę przy jego ustawianiu, jak również jego ergonomiczność ułatwiającą transport (specjalny uchwyt), podział na trzy moduły wydaje się być zupełnie nieuzasadniony. Należy również zwrócić uwagę, iż komunikacja bezprzewodowa działa poprawnie wówczas, gdy w pobliżu nie znajdują się żadne urządzenia zakłócające oraz zasięg takiej komunikacji jest tym lepszy im niższa temperatura pracy urządzenia. W praktyce szpitalnej najważniejsza jest niezawodność stosowanych systemów, dlatego z punktu widzenia dobra pacjenta, które stawiane jest na pierwszym miejscu, rozwiązanie jednomodułowego defibrylatora łączącego funkcje monitorowania, defibrylowania oraz dokonywania pomiarów

saturacji, znajduje swoje, poparte praktyką lekarską i wieloletnim doświadczeniem, uzasadnienie.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Czy Zamawiający dopuści myjnię, w której stosuje się proces schładzania wsadu, co powoduje obniżenie temperatury do bezpiecznej dla użytkownika, bez zastosowania modułu suszenia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza myjni bez modułu suszenia.

**Zmiana treści SIWZ przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym WE dnia 28.05.2010:**

**1. Zmiana zapisu z „Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych” na: „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, liczba zadań: 2”.**

**2. Opis zadań:**

**zadanie nr 1 Nazwa: „Wyposażenie sal operacyjnych i pomieszczeń pomocniczych”,**

**opis:** stoły operacyjne z wymiennymi blatami – 4 szt, meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, sprzęt obrazujący – negatoskopy cyfrowo-analogowe, wózki anestezyjologiczne, zestawy narzędziowe ogólnochirurgiczne, aparaty do podgrzewania płynów, wózki reanimacyjne z wyposażeniem, myjnia-dezynfektor, 4 zestawy narzędzi ogólnochirurgicznych, stoliki i wózki na narzędzia chirurgiczne / szczegółowy opis zadania stanowią załącznik nr 3 bez pozycji z zadania nr 2 , załączniki nr 4A, 4B, 4C, 4D, załącznik nr 6/.

**zadanie nr 2 Nazwa : „Wyposażenie sali wybudzeń i transport pacjentów”**

**opis:** 4 łóżka na salę wybudzeń pacjentów, 3 wózki do transportu pacjentów, / szczegółowy opis zadania stanowi załącznik nr 5 /.

**W związku z wprowadzoną zmianą treści ogłoszenia oraz SIWZ zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 21.06.2010r., godz. 10:30.**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2010r. o godz. 11.00.**