

Załącznik nr 5. Parametry techniczne łóżek na salę wybudzeń oraz wózków transportowych.

Łóżko do intensywnej terapii z wagą szt. 2

Nazwa oferowanego urządzenia:.....
 Typ: Model:..... Rok produkcji:.....
 Producent:..... Oferent:.....
 Kraj pochodzenia:

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych
1.	Długość bez przedłużenia leża	2150 ± 50mm	
2.	Szerokość przy całkowicie opuszczonych barierkach	950 ± 30mm	
3.	Szerokość przy całkowicie podniesionych barierkach	1050 ± 30mm	
4.	Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem diodowym lub dźwiękowym osiągnięcia wysokości minimalnej	TAK	
5.	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca	400 ± 30 mm	
6.	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca	800 ± 30 mm	
7.	Konstrukcja łóżka kolumnowa wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo .Leże podzielone na min. 4 segmenty w tym min. 3 ruchome tj. elektrycznie sterowane wypełnione zdejmowanymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego.	TAK	
8.	Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców	TAK	
9.	Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża	min. 0°-60°	
10.	Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem.	TAK	
11.	Osobna regulacja kąta nachylenia segmentu uda	TAK	
12.	Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża	min. 0°-35°	
13.	Elektryczna regulacja segmentu podudzia	TAK	
14.	Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża	min. -23°-0°	
15.	Autoregresja segmentu pleców i uda	TAK	
16.	Ruch wsteczny i teleskopowy do góry segmentu oparcia	TAK	
17.	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Szczyt łóżka od strony głowy pozostaje nieruchomy – rozwiązanie zapobiegające uszkodzeniu łóżka i ściany przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku.	TAK	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych
18.	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga	min. -16°- +16°	
19.	Elektryczna regulacja pozycji krzesła kardiologicznego dostępna z jednego przycisku. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów włączając pozycję anty-Trendelenburga przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej.	TAK	
20.	Elektrycznie regulowana pozycja szokowa dostępna z jednego przycisku wyróżniającego się kolorystycznie od innych przycisków. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża a następnie przechyla się do pozycji anty-Trendelenburga	TAK	
21.	Elektrycznie regulowana pozycja poziomowania leża do czynności pielęgniarstwa dostępna z jednego przycisku. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka.	TAK	
22.	Regulacje elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w bariery boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego z funkcjami selektywnej blokady. Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne.	TAK	
23.	Regulacje niektórych funkcji elektrycznych dostępne z paneli wbudowanych w bariery od strony wewnętrznej dla pacjenta. Przyciski membranowe wodoodporne.	TAK	
24.	Wbudowane baterie zasilające osobna dla pozycji szokowej i osobna dla wszystkich pozostałych funkcji sterowanych elektrycznie. Takie rozwiązanie znacznie podnosi bezpieczeństwo łóżka gwarantując dostępność pozycji ratunkowej w każdej sytuacji.	TAK	
25.	4 koła o średnicy 150 mm bez widocznej metalowej osi antystatyczne, łatwe do dezynfekcji	TAK	
26.	Centralna podwójna blokada jednocześnie wszystkich kół (toczenia i obrotu wokół osi) uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg z funkcją alarmu nie włączonej centralnej blokady oraz z funkcją jazdy kierunkowej	TAK	
27.	Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka z dźwigni oznaczonej tym samym kolorem co funkcja pozycji szokowej dla łatwego rozpoznania i umiejscowienia przez personel medyczny w krytycznej sytuacji szokowej pacjenta.	TAK	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych
28.	Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę na całej długości leża, wyposażone w wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Barierki spełniające wymiary normy PN-EN 60601-2-38 co do konstrukcji łóżek szpitalnych co podwyższa bezpieczeństwo i pomaga zapobiegać upadkom szpitalnym pacjentów.	TAK	
29.	Konstrukcja barierki bocznych umożliwiającą ich składanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na min. 3 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie przy opuszczaniu łóżka przez pacjenta.	TAK	
30.	Zewnętrzne wykończenie barierki bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych	TAK	
31.	Łóżko wyposażone w wskaźnik pozycji bioder do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża.	TAK	
32.	Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia z załączonym świadectwem legalizacji i oznaczeniem zgodnym z wytycznymi dyrektywy 90/384/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23	TAK	
33.	Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian.	TAK	
34.	Automatyczne wygaszanie wyświetlanej wagi pacjenta po 10s w celu nieudostępniania danych osobowych przypadkowym osobom (zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych)	TAK	
35.	Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością ± 125 g	TAK	
36.	Podwójny system kontroli procedury tarowania wagi tj. system, który po zerowaniu sprawdza czy dokładność pomiaru mieści się w tolerancji określonej w dyrektywie CEE 90/384 oraz w normie EN 45501 (1992) tj. ± 125 g.	TAK	
37.	Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze	min. 220 kg	
38.	System zabezpieczenia przed przeciążeniem łóżka	TAK	
39.	Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz	TAK	
	Wyposażenie		

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych
40.	Wieszak do kroplówek min. 2 wieszaki, regulowany.	TAK	
41.	Uchwyty na akcesoria i zaczepy na pojemniki na płyny fizjologiczne z obu stron łóżka min. 8 haków	TAK	
42.	Odbojniki w narożach	TAK	
43.	Min. 6 uchwytów do ewentualnego unieruchomienia pacjenta	TAK	
	Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego		
44.	Okres gwarancji na łóżka	min. 24 miesiące	
45.	Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych	1 x w ciągu roku	
46.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji	max. 24 godziny	
47.	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji	max 14 dni- wymagane jest łóżko zastępcze na okres naprawy	
48.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	

Łóżka do intensywnej opieki medycznej - szt. 2

Nazwa oferowanego urządzenia:.....

Typ: Model:..... Rok produkcji:.....

Producent:..... Oferent:.....

Kraj pochodzenia:

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych
1	Długość bez przedłużenia leża	2150 ± 50mm	
2	Długość z przedłużeniem leża	2400-+50 mm	
3	Szerokość przy całkowicie opuszczonych barierkach	950 ± 30mm	
4	Szerokość przy całkowicie podniesionych barierkach	1050 ± 30mm	
5	Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem diodowym lub dźwiękowym osiągnięcia wysokości minimalnej	TAK	
6	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca	400 ± 30 mm	
7	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca	800 ± 30 mm	
8	Konstrukcja łóżka kolumnowa wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo .Leże podzielone na min. 4 segmenty w tym min. 3 ruchome tj. elektrycznie sterowane wypełnione zdejmowanymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego.	TAK	
9	Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców	TAK	
10	Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża	min. 0°-60°	
11	Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem.	TAK	
12	Osobna regulacja kąta nachylenia segmentu uda	TAK	
13	Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża	min. 0°-35°	
14	Elektryczna regulacja segmentu podudzia	TAK	
15	Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża	min. -23°-0°	
16	Autoregresja segmentu pleców i uda	TAK	
17	Ruch wsteczny i teleskopowy do góry segmentu oparcia	TAK	
18	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Szczyt łóżka od strony głowy pozostaje nieruchomy – rozwiązanie zapobiegające uszkodzeniu łóżka i ściany przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku.	TAK	
19	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga	min. -16°- +16°	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych
20	Elektryczna regulacja pozycji krzesła kardiologicznego dostępna z jednego przycisku. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów włączając pozycję anty-Trendelenburga przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej.	TAK	
21	Elektrycznie regulowana pozycja szokowa dostępna z jednego przycisku wyróżniającego się kolorystycznie od innych przycisków. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża a następnie przechyla się do pozycji anty-Trendelenburga	TAK	
22	Elektrycznie regulowana pozycja poziomowania leża do czynności pielęgniarskich dostępna z jednego przycisku. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka.	TAK	
23	Regulacje elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego z funkcjami selektywnej blokady. Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne.	TAK	
24	Regulacje niektórych funkcji elektrycznych dostępne z paneli wbudowanych w barierki od strony wewnętrznej dla pacjenta. Przyciski membranowe wodoodporne.	TAK	
25	Wbudowane baterie zasilające osobna dla pozycji szokowej i osobna dla wszystkich pozostałych funkcji sterowanych elektrycznie. Takie rozwiązanie znacznie podnosi bezpieczeństwo łóżka gwarantując dostępność pozycji ratunkowej w każdej sytuacji.	TAK	
26	4 koła o średnicy 150 mm bez widocznej metalowej osi, łatwe do dezynfekcji	TAK	
27	Centralna podwójna blokada jednocześnie wszystkich kół (toczenia i obrotu wokół osi) uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg z funkcją alarmu nie włączonej centralnej blokady oraz z funkcją jazdy kierunkowej.	TAK	
28	Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka z dźwigni oznaczonej tym samym kolorem co funkcja pozycji szokowej dla łatwego rozpoznania i umiejscowienia przez personel medyczny w krytycznej sytuacji szokowej pacjenta.	TAK	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych
29	Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę na całej długości leża, wyposażone w wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Barierki spełniające wymiary normy PN-EN 60601-2-38 co do konstrukcji łóżek szpitalnych co podwyższa bezpieczeństwo i pomaga zapobiegać upadkom szpitalnym pacjentów.	TAK	
30	Konstrukcja barierek bocznych umożliwiającą ich składanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na min. 3 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie przy opuszczaniu łóżka przez pacjenta.	TAK	
31	Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych	TAK	
32	Łóżko wyposażone w wskaźnik pozycji bioder do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża.	TAK	
33	Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze	min. 220 kg	
34	System zabezpieczenia przed przeciążeniem łóżka	TAK	
35	Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz	TAK	
	Wyposażenie		
36	Wieszak do kroplówek min. 4 haki	TAK	
37	Półka na pościel	TAK	
38	Uchwyty na akcesoria i zaczepy na pojemniki na płyny fizjologiczne z obu stron łóżka min. 8 haków	TAK	
39	Odbojniki w narożach	TAK	
40	Min. 6 uchwytów do ewentualnego unieruchomienia pacjenta	TAK	
	Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego		
41	Okres gwarancji na łóżka	min. 24 miesiące	
42	Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych	1 x w ciągu roku	
43	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji	max. 24 godziny	
44	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji	max 14 dni- wymagane jest łóżko zastępcze na okres naprawy	
45	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	

Materac terapeutyczny pneumatyczny przeciwoleżynowy szt. 4 kompatybilny z łózkami

Nazwa oferowanego urządzenia:.....

Typ: Model:..... Rok produkcji:.....

Producent:..... Oferent:.....

Kraj pochodzenia:

MATERAC PNEUMATYCZNY		
Długość materaca napompowanego	2000 ±30mm	
Szerokość materaca napompowanego	850 ± 10mm	
Grubość materaca napompowanego	160 ± 10mm	
Materac powietrzny utrzymujący stały niski poziom ciśnienia by wspomagać zapobieganie i leczenie odleżyn u pacjentów z grupy średniego i wysokiego ryzyka..	TAK	
Konstrukcja materaca zawierająca zintegrowaną warstwę podkładu z pianki . Brak konieczności podkładania pod materac powietrzny materaca piankowego.	TAK	
Powłoka materaca wodoszczelna, paro przepuszczalna, bakteriostatyczna ze zgrzewanymi krawędziami	TAK	
Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia, który monitoruje zmiany ułożenia pacjenta i automatycznie dostosowuje najniższy optymalny poziom napompowania komór materaca bez względu na wzrost, kształt czy wagę pacjenta (bez ręcznej regulacji)	TAK	
Materac wyposażony w funkcję natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca do codziennych czynności opieki nad pacjentem dostępną z jednego przycisku.	TAK	
Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania - CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem.	TAK	
Moduł sterujący pompy wyposażony w przyciski membranowe ułatwiające dezynfekcję modułu. Pompa przygotowana do pracy w trybie ciągłym bez przerw dla zapewnienia maksymalnej terapii przeciwoleżynowej.	TAK	
Pompa zasilająca z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg o niskiej głośności pracy tak by nie zakłócała snu pacjenta.	TAK	
Limit wagowy gwarantujący skuteczność leczenia w pozycji leżącej.	min. 150 kg.	
Wymiary modułu zasilającego – pompy powietrznej (wysokość x szerokość x głębokość)	max. 200 x 300 x 130 mm	
Waga modułu zasilającego	Max 3 kg	
Pompa wyposażona w szybkie połączenie z opcjonalną poduszką powietrzną na siedzenie	TAK	

	Materac wyposażony w indykator trybu transportowego przy braku podłączenia do źródła zasilania wraz z alarmem braku zasilania.	TAK	
	Numer certyfikatu CE wydany przez jednostkę notyfikowaną.	podać	
	Protokół dezynfekcji materaca.	podać	
	Warunki serwisu	Jak w łózkach	
	Gwarancja	Min. 48 mies.	

Wózki do transportu chorych na salę wybudzeń szt. 3

Wózki szpitalne sterowane hydraulicznie z materacem piankowym

Nazwa oferowanego urządzenia:.....
 Typ: Model:..... Rok produkcji:.....
 Producent:..... Oferent:.....
 Kraj pochodzenia:
 Certyfikat CE dla wózka – numer certyfikatu

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych	Punktacja
	Długość całkowita	2100 ± 50mm		
	Długość składanych wzdłuż leża poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej. Poręcze boczne podwójnie niklowanie co zabezpiecza je w pełni przed uszkodzeniami i korozją.	min. 1170 mm		
	Wysokość poręczy bocznych od górnej krawędzi do powierzchni materaca zabezpieczająca pacjenta przed wypadnięciem.	min. 350 mm		
	Szerokość całkowita z uniesionymi barierkami	800 ± 30mm		
	Szerokość całkowita z opuszczonymi barierkami	650 ± 30mm		
	Poręcze boczne chowane pod leże w celu wyeliminowania pustych przestrzeni transferowych. Materace łóżka i wózka styczne na całej długości leża. Konstrukcja barierki bocznej eliminująca możliwość przytraśnięcia palców.	TAK		
	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem	500 ± 30 mm		
	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem	900 ± 30 mm		
	Minimalny prześwit od podłogi min. 85mm w celu zapewnienia podjazdu RTG przyłóżkowego	TAK		

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych	Punktacja
	Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach. Leże podzielone na min. 4 segmenty wypełnione płytami. Leże w segmencie oparcia przeźierne dla promieni RTG z uchwytem kasety. Podwozie zabudowane pokrywą tworzywa sztucznego z profilem na butlę.	TAK		
	Manualna regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową oraz ręczna regulacja wysokości sekcji podudzia do pozycji naczyniowej.	TAK		
	Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża	min. 0°-90°		
	Manualna hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna obustronnych dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji.	TAK		
	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga	min. -18°- +18°		
	Obustronny nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji.	TAK		
	Średnica kół jezdnych z bieżnią przeciwpoślizgową bez widocznej metalowej osi obrotu.	min. 200 mm		
	Centralna podwójna blokada kół co do obrotu wokół osi i toczenia z metalową zębatką, co zwiększa trwałość i bezpieczeństwo centralnej blokady.	TAK		
	Dźwignie blokady z wyraźnym zaznaczeniem kolorem pozycji zablokowanych hamulców oraz funkcji jazdy na wprost.	TAK/opisać		
	Dźwignie centralnej blokady hamulców zlokalizowane obustronnie u podstawy od strony głowy i nóg pacjenta oraz z boku z lewej i prawej strony wózka.	TAK		
	Wybór kolorystyczny listew odbojowych i ochraniaczy (mieszeków) kolumn wznoszących min. 5 kolorów w celu przyporządkowania kolorystycznego do oddziałów szpitalnych.	TAK		
	Nośność maksymalna	min. 300 kg.		
	Składane pod leże ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta.	TAK		
	Wózek wyposażony w system sterowania kierunkiem jazdy z piątym kołem.	TAK		
	Wózek wyposażony w elastyczne krążki odbojowe w narożach.	TAK		

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych	Punktacja
	Możliwość mycia maszynowego wózka	TAK		
	MATERAC			
	Długość materaca	1900 ±30mm		
	Szerokość materaca	650 ± 10mm		
	Grubość materaca	120 ± 10mm		
	Materac z pianki o zmiennej gęstości, prewencyjny przeciwodleżynowy, wodoszczelny ze zgrzewanymi krawędziami, niepalny, antystatyczny, odporny na promieniowanie UV	TAK		
	Wyposażenie			
	Wieszak do kroplówek min. 4 haki z możliwością zainstalowania w 4 narożach wózka oraz możliwością zainstalowania pompy infuzyjnej.	TAK		
	Uchwyty do ewentualnego unieruchomienia pacjenta	TAK		
	Uchwyt pionowy na butlę z tlenem	TAK		
	Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego			
	Okres gwarancji	min. 24 miesiące		
	Liczba bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów serwisowych	1 w roku		
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji	max 24 godziny		
	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji	max 14 dni		

- Prospekt lub inne materiały umożliwiające zweryfikowanie parametrów technicznych zaofertowanych w ofercie. (**Zamawiający wymaga zaofertowania wyrobów produkowanych seryjnie i nie dopuszcza prospektów z poprawkami naniesionymi przez Oferenta dotyczącymi wymaganych parametrów oraz materiałów reklamowych, drukowanych na potrzeby tego postępowania, umożliwiających edytowanie tych parametrów przed wydrukiem.**)