

Gorlice, dnia 19.05.2010.

XVI/227/47/10

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz preparatów wiskoelastycznych dla Oddziału Okulistycznego, nr procedury **29/2010**.

Wprowadzamy zmiany do SIWZ polegające na wykreśleniu zapisu o posiadania 2 pełnych haptyków dla soczewek zawartych w zadaniu nr 4 / pkt 5/ oraz zmianie średnicy całkowitej soczewki / pkt 6 załącznika/.

W załączeniu przesyłamy zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ.

Załącznik nr 6

**Parametry wymagalne i ocenialne soczewek dla zadania nr 4,
część 1 - 200 sztuk soczewek .**

Producent: Typ soczewki

Parametry wymagalne

L.p.	Rodzaj parametru	Wymagana wielkość parametru	Kryterium wymagalne	Wpisać: Tak / nie
1	Typ soczewki	TYLNOKOMOROWA, O STAŁYM DIOPTRAŻU NA CZĘŚCI OPTYCZNEJ	tak	
2	Materiał	Akryl hydrofilny	tak	
3	Stopień uwodnienia	min. 26%	tak	
4	Filtr	UV	tak	
5	Konstrukcja	Jednoczęściowa,	tak	
6	Średnica całkowita	10,5-11 mm	tak	
7	Średnica części optycznej	6,0 mm	tak	
8	Właściwości	- asferyczna, - bezaberracyjna, - dwuwypukła,	tak	
9	Sposób mocowania	- Konstrukcja 4 haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia soczewki. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki	tak	
10	Angulacja	0°	tak	
11	Fspółczynnik refrakcji	Max. 1,458	Tak- podać	
13	Stała ACD	4,96	Tak - podać	
14	Cięcie	<2,5	Tak - podać	
15	Implantacja - cięcie 2,2mm lub mniejsze	Injector jednorazowy z katridżem 2.2 mm dołączone do soczewki	tak	
16	Zakres dioptrażu	Od+ 10 do+30D (co 0,5D) optyka dwuwypukła od 0 do +9 D, (co 1D) – optyka wklęsło-wypukła	Tak podać	
17	Inne:	- funkcja aniti-glare redukująca odbłaski	Tak	
18	Posiadanie certyfikatów		tak	

Celem potwierdzenia wymaganych i ocenialnych parametrów soczewek należy do oferty dołączyć po 1 szt. oferowanych soczewek przeznaczonych do wszczęcia .

Upelnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy

.....
(podpis, pieczęć)

Data :

Parametry wymagalne i ocenialne soczewek dla zadania nr 4 część 2 - 20 sztuk soczewek .

Producent: Typ soczewki

Parametry wymagalne

L.p.	Rodzaj parametru	Wymagana wielkość parametru	Kryterium wymagane	Wpisać: Tak / nie
1	Typ soczewki	TYLNOKOMOROWA, O STAŁYM DIOPTRAŻU NA CZĘŚCI OPTYCZNEJ	tak	
2	Materiał	Akryl hydrofilny	tak	
3	Stopień uwodnienia	min. 26%	tak	
4	Filtr	UV	tak	
5	Konstrukcja	Jednoczęściowa,	tak	
6	Średnica całkowita	10,5-11 mm	tak	
7	Średnica części optycznej	6,0 mm	tak	
8	Właściwości	- asferyczna, - bezaberracyjna, - dwuwypukła,	tak	
9	Sposób mocowania	3 stopniowa stabilizacja haptyków. Konstrukcja 4 haptyków narożnych . Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki	tak	
10	Angulacja	10°	tak	
11	Fspółczynnik refrakcji	Max. 1,458	Tak- podać	
13	Stała ACD	4,96	Tak - podać	
14	Cięcie	<2,5	Tak - podać	
15	Implantacja – cięcie 2,2mm lub mniejsze	Injector jednorazowy z katridżem 2.2 mm lub niższym dołączone do soczewki	tak	
16	Zakres dioptrażu	Od+ 10 do+30D (co 0,5D) optyka dwuwypukła od 0 do +9 D, (co 1D) – optyka wklęsło-wypukła	Tak podać	
17	Inne:	- funkcja aniti-glare redukująca odbłaski	Tak	
18	Posiadanie certyfikatów		tak	

Upelnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy

.....
(podpis, pieczęć)

Data :