

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1

Dotyczy: Nr sprawy: 30/2010

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowych zestawów serwet operacyjnych, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach informuje:

Pytania i odpowiedzi dotyczące pakietu nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na zestaw z serwetą ginekologiczną w rozmiarach 230cm x 250cm oraz z dwoma ręcznikami celulozowymi, spełniający wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z. ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowano zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu spełniającego wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie:

- Serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego wymiarach 240 x 280cm, zintegrowana z nogawicami oraz ekranem anestetycznym; w części górnej wkomponowana folia operacyjna o wym. 30 x 30cm, w części dolnej posiadająca otwór 12 x 15cm wraz z przysłaniającą go klapką 20 x 25cm,
- pokrowiec na stolik Mayo 80 x 140cm,
- taśma samoprzylepna 10 x 50cm,
- Dwie serwetki do rąk,
- kieszon dwukomorowa na ssak i koagulację 2 x 15 x 40cm,
- całość owinięta w serwetę 150 x 200cm, która może służyć jako przykrycie stolika?

Odpowiedź: Jak w SIWZ

Pytania i odpowiedzi dotyczące pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu spełniającego wymogi normy PN EN 13795 1-3 w składzie:

- serweta - ekran anestetyczny 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety-1 szt.
- serweta dolna 175 x 175cm wykończona taśmą - 1 szt.
- serwety boczne 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt.
- pokrowiec na stolik Mayo 79cm x 145cm z warstwą chłonną 65x85cm-1 szt.
- ścierczki chłonne 19x25cm- 4 szt.
- taśmy włókninowe 10 x 50cm - 1szt.
- serweta owinięcie 150 x 190cm z warstwą chłonną 75x190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.?

Odpowiedź: Jak w SIWZ

Pytania i odpowiedzi dotyczące pakietu nr 3

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na zestaw wykonany z włókniny 2-warstwowej o gramaturze 55 g/m² z obszarem wzmocnionym 3-warstwowym o gramaturze 110g/m², spełniający wszystkie wymogi s.i.w.z.

o następującym składzie i rozmiarach : Zestaw do zabiegów na kończynie poszerzony wzmocniony skład zestawu:

- serweta na stolik narzędziowy 140x190, 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80x145, 1 serweta do zabiegów na kończynie 320x245, 1 serweta pomocnicza 150x150, 1 osłona na kończynę 25x80, 2 taśmy samoprzylepne 10x50,
- 2 ręczniki celulozowe 33x33.

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano zestaw do zabiegów na kończynie wykonany z dwuwarstwowego laminatu spełniającego wymogi normy PN EN 13795 1-3 w składzie:

- Sterylna serweta przeznaczona do zabiegu artroskopii kolana, o wymiarach 220 x 320cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 7cm, który szczelnie przylega powyżej kolana.
- osłona na kończynę o wym. 37 x 75cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu
- dwie taśmy lepne 10 x 50cm do mocowania osłony kończyny,
- osłona na stolik Mayo 80x140cm;
- ręczniki wysokochłonne - 4 szt.
- całość owinięta w serwetę o wymiarze 150 x 200cm, która służy, jako przykrycie stolika?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza skład zestawu pozostałe parametry jak w SIWZ

Pytania i odpowiedzi dotyczące pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw wykonany z włókniny 2-warstwowej o gramaturze 55 g/, spełniającej wszystkie wymogi s.i.w.z. o następującym składzie i rozmiarach; Zestaw ginekologiczny z workiem zbierającym płyn skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190, 1 serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów 290x250, 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75x90, 1 taśma samoprzylepna 10x50, 1 ręcznik celulozowy 33x33.

Odpowiedź: Tak

Pytania i odpowiedzi dotyczące pakietu nr 5

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu operacyjnego wykonanego z dwu-warstwowego laminatu o gramaturze 60,5 g/m², odporności na penetrację płynów 250 cm H₂O, odporności na wypychanie na sucho 108kPa i na mokro 95 kPa Zbyt rygorystycznie określanie parametrów technicznych, jest działaniem wbrew zasadom uczciwej konkurencji i narusza art. 7 ustawy PZP. Norma EN 13795-3:2006 dopuszcza niższe parametry (norma EN13795-3:2006 określa parametry wypychania na sucho i na mokro określając dolną granicę wytrzymałości na poziomie 40 kPa), a pół gramowa różnica w gramaturze włókniny nie ma żadnego istotnego wpływu na funkcjonalność zestawu operacyjnego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego wykonanego z dwu-warstwowego laminatu o gramaturze 60,5 g/m² pozostałe parametry zestawu jak w SIWZ.

Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na zestaw wykonany z włókniny 2-warstwowej o gramaturze 55 g/m² z obszarem wzmocnionym 3-warstwowym o gramaturze 110g/m², spełniającej wszystkie wymogi s.i.w.z. o następującym składzie i rozmiarach : Zestaw do zabiegów chirurgii biodra z serwetą pomocniczą i osłoną na kończyne wzmocniony Skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190, 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80x145, 1 serweta samoprzylepna 170x300, 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260x200, 1 serweta pomocnicza 150x150, 1 serweta operacyjna 75x90, 1 osłona na kończyne 35x120, 2 taśmy samoprzylepne 10x50, 4 ręczniki celulozowe 33x33.

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 5 –serweta na stolik instrumentariuszki, gdyż w Załączniku nr 3 do SIWZ dla przedmiotowej pozycji widnieje wymiar 150x200cm, natomiast w Załączniku nr 4 już 150x190cm.

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowano zestaw d wykonany z laminatu spełniającego wymogi normy PN EN 13795 1-3 w którym serweta na stół instrumentariuszki ma wymiar 150x200cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak rozmiar serwety na stół instrumentariuszki ma mieć wymiar 150x200cm

Pytania i odpowiedzi dotyczące pakietu nr 6 i 9

Czy można zaoferować zestaw do operacji dłoni oraz jałowe serwety samoprzylepne, których odporność na rozerwanie w stanie mokrym przewyższa wartość, jaką określił w swoich wymogach Zamawiający i wynosi powyżej 200 kPa ?

Odpowiedź: Tak

Pytania i odpowiedzi dotyczące pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety do zabiegów na kończynach w rozmiarze 230x315cm z otworem Ø3,5cm?

Odpowiedź: Nie

Pytania i odpowiedzi dotyczące pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stolika Mayo w rozmiarze 79x145cm o wadze podstawowej 87 g/m² spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak

Pytania i odpowiedzi dotyczące pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów spełniających wszystkie wymogi s.i.w.z. wykonanych z włókniny i wzmocnienia o odporności na przenikanie 168,60 cm H₂O? Podkreślamy, iż wartość ta znacznie przekracza wymogi europejskich norm jakościowych w tym zakresie.

Odpowiedź: Tak

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapisów siwz załącznik nr 3

Zamawiający zawarł wymóg dołączenia do oferty kart danych technicznych wyrobów gotowych. Czy w przypadku jałowych zestawów serwet oraz serwet jałowych samoprzylepnych można dołączyć do oferty karty danych technicznych materiałów (włóknin) zastosowanych w zestawach będących po sterylizacji ? Dokumenty te – wraz z prospektami – zawierają wszystkie informacje, jakich wymaga Zamawiający. Dodatkowo zgodność oferty z zamówieniem będzie można zweryfikować na podstawie złożonych wraz z ofertą próbek.

Odpowiedź: Tak

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
im. H. Klimontowicza w Gorlicach

mgr inż. Marian Świerz

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. Strona internetowa Szpitala
3. A/a