

ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (Dz.U.z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm. oraz Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień na:

dostawę myjni - dezynfektora

I - Nazwa oraz adres zamawiającego

Zamawiający : Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza ul. Węgierska 21 38-300 Gorlice
Adres do korespondencji: j.w.

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek 7.00 - 14.35

Telefon: /0-18/ 352 65 14 lub Biuro zamówień publicznych tel: /0-18/ 35 53 317

Faks : /0-18/35 53 315 lub /0-18/352-60-46 e-mail: bzp@ szpital.gorlice.ibd.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: **dostawę myjni – dezynfektora dla Oddziału**

Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

II - Opis przedmiotu zamówienia

1. Specyfikacja głównych wymagań:
 - a. Szczegółowy opis aparatu i wyposażenia stanowi załącznik nr 3 do IWUZ
2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszych IWUZ
3. Termin wykonania zamówienia – do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy
4. Wykonawca jest związany z ofertą 20 dni.
5. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 - a. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszych IWUZ wraz z załącznikiem nr 3;
 - b. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, – kserokopia poświadczona przez wykonawcę.
 - c. Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy- projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do IWUZ.
 - d. Przed zawarciem umowy Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentów dopuszczających oferowany aparat do stosowania przy udzielaniu świadczeń medycznych.
2. Postępowanie prowadzone w języku polskim.

IV - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V - Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: **Kierownik Sekcji Umów, Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel. /0-18 35-53-317, e-mail: bzp@ szpital.gorlice.ibd.pl**
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego nie później niż 4 dni przed terminem otwarcia ofert.

VI - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub Biurze zamówień publicznych w terminie do dnia **19.07.2010** do godziny **10.30**

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Koperta powinna być zapieczętowana w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
 3. Koperta powinna być oznaczona następująco:
 - „Oferta na.: dostawę myjni - dezynfektora”
 - „**UWAGA: Nie otwierać przed 19.07.2010 godz. 11⁰⁰** „
 - Nazwa i adres **Wykonawcy** – w lewym górnym rogu koperty.
- W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedwczesne otwarcie.
4. Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu . **19.07.2010.**, o godz. . **11⁰⁰** w Biurze Zamówień Publicznych (adres j.w.).
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Otwarcie ofert jest jawne.

VII - Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Na formularzu cenowo-ofertowym (załącznik nr 1) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku VAT.
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych oraz słownie.
3. Cena zawierać ma wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

VIII - Kryteria oceny ofert

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA – 100% minimalizacja.

IX - Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

XX - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze oferty cenowej zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik nr2) , określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w projekcie.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Pzp poza art.4 pkt.8

Załączniki do IWUZ

załącznik nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

załącznik nr 2 Projekt umowy

załącznik nr 3 opis urządzenia

ZATWIERDZAM

.....

Pieczęć wykonawcy lub pełna nazwa

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY

1. Nawiązując do ogłoszenia/ zapytania ofertowego - oferujemy przedmiot zamówienia

Podać typ, model urządzenia:

.....
zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia za łączną kwotę :

Cena netto:zł. brutto:zł.

Słownie brutto:

.....złoty w tym% VAT.

2. Oświadczamy że, dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego tj. do 2 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
3. Oświadczamy że przedmiot zamówienia wykonamy z dobrą praktyką, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz z należytą starannością.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą w terminie 20 dni od składania ofert.
5. Oświadczamy, że posiadamy: uprawnienia, niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny, - wymagane do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w określonym asortymencie i czasie.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, które akceptujemy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dane wykonawcy:

Numer telefonu:

Nazwisko i imię osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....

Numer faxu:

Adres e-mail:

Numer konta bankowego:

.....

Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

.....
(pieczęć podpis, data)

Umowa dostawy Nr 38/10 Projekt na zamówienie publiczne o wartości poniżej 14.000 EURO

Zawarta w dniu ...07.2010r. w Gorlicach pomiędzy:

**Szpitałem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice, NIP 738-17-94-844, Nr KRS 0000015952**

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

mgr inż. Mariana Świerza - Dyrektora

a:

.....zam. w NIP

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:

.....

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez, pod numerem

....., zwanym dalej Dostawcą,

o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy jest dostawa myjni – dezynfektora typ wraz z wyposażeniem, zgodnie z ofertą przetargową z dnia07.2010r., stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§ 2.

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru własnym środkiem transportu na koszt i ryzyko Dostawcy do Magazynu Medycznego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, w terminie do 2 miesięcy licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Po dostarczeniu urządzeń Dostawca dokona przeszkolenia pracowników medycznych i technicznych obsługujących dostarczone urządzenia, oraz przekaze komplet instrukcji obsługi, dokumenty dopuszczające wyrób medyczny oraz opis techniczny – w języku polskim.

§ 3.

1. Umowa obowiązuje od dnia **01.07.2010 r.** do dnia **31.09.2010 r.**
2. Umowa wygasa z chwilą realizacji wszystkich dostaw i usług określonych w par. 2, lub zakończenia okresu na który została zawarta.

§ 4.

1. Dostawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczone przez niego urządzenie jest urządzeniem fabrycznie nowym, dobrej jakości, spełnia wszystkie normy PN, posiada wymagane świadectwa rejestracji, oraz jest zgodne z zamówieniem Zamawiającego.
2. W przypadku stwierdzenia braków Dostawca zobowiązuje się uzupełnić braki w terminie 7 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe i ilościowe towaru na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Dostawcę o ujawnionych wadach towaru w ciągu 7 dni od daty ich ujawnienia.
5. Dostawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku uznania reklamacji za zasadną do wymiany towaru w ciągu 7 dni licząc od daty uznania reklamacji.
6. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie określonym w par. 4, ust. 5 umowy i nie dokonania wymiany towaru na wolny od wad, Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu do wymiany towaru.

§ 5.

1. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową wynosi: **zł** brutto, (słownie brutto:złotych).
2. Strony umowy ustalają niezmiennosc ceny przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Zapłata za dostarczony towar dokonywana będzie przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Należności za dostarczony sprzęt nie będą przedmiotem zbytu innym podmiotom bez wiedzy i zgody Zamawiającego.

§ 6.

1. Na dostarczone urządzenie Dostawca udziela **12 miesięcznej gwarancji**.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzeń.
 1. Czas reakcji serwisu nie dłużej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia usterki.
 2. Czas naprawy max. 7 dni, z wyjątkiem sytuacji wymagającej wymiany uszkodzonego zespołu na nowy.
3. Dostawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe, wolne od wad w przypadku trzech napraw tego samego elementu lub trzykrotnego usunięcia tego samego błędu. W każdym przypadku termin naprawy nie może przekroczyć 7 dni.
4. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. Po okresie gwarancji Dostawca zapewnia możliwość serwisu pogwarancyjnego realizowanego przez punkty serwisowe wskazane przez Dostawcę, oraz gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat licząc od daty dostawy urządzenia.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
2. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8.

Kary umowne:

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
 - a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Dostawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za dostawy, od których realizacji odstąpił, z terminem płatności 30 dni od daty odstąpienia od umowy,
 - b) opóźnienia w realizacji dostawy urządzenia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej dostawy,
 - c) za dostarczenie niezgodnego z § 1 przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wartości partii towaru za każdy dzień opóźnienia w wymianie towaru, chyba że Dostawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu zamówienia w terminie do 3 dni roboczych.
2. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekraczać 10% wartości zawartej umowy.
3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 9.

W razie opóźnienia w zapłacie Dostawca może naliczyć ustawowe odsetki.

§ 10.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach unormowania warunkami niniejszego postępowania za zgodą obu Stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

Dostawca:

Zamawiający:

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I POŻĄDANYCH

Przedmiot przetargu: **Płuczka-dezynfektor**

Producent/Firma:

Urządzenie typ:

Wersja konstrukcyjna z roku:

Rok produkcji:

	PARAMETR/WARUNEK	Graniczny	Oferowane parametry
	WYMAGANIA OGÓLNE		
1.	Model stojący zasilanie 230V 50Hz	TAK	
2.	Wymiary zewnętrzne (tolerancja ± 50 mm): wys. 1250mm, szer. 450 mm, głębokość: 550mm	TAK	
3.	Konstrukcja ze stali szlachetnej, a pokrywa górną, komora i front z tworzywa sztucznego – zamawiający dopuszcza całość ze stali szlachetnej.	TAK	
4.	Sterowany mikroprocesorowo	TAK	
5.	Dezynfekcja termiczna	TAK	
7.	Programowalna temperatura dezynfekcji – minimum 85°C	TAK	
8.	Pojemność komory: 1 basen lub 3 kaczki	TAK	
9.	Automatyczne dozowanie środka odkamieniającego, preferowana regulacja dozowania	TAK	
10.	Ilość programów myjąco-dezynfekujących - minimum 2	TAK	
11.	Drzwi uchylne na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie	TAK	
12.	Automatyczne opróżnianie naczyń podczas zamykania drzwi	TAK	
13.	Wbudowana wytwornica pary	TAK	
14.	Uniwersalny uchwyt umożliwiający mycie większości naczyń sanitarnych takich jak kaczki, baseny, wiaderka, miski	TAK	
16.	Blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich podczas pracy	TAK	
17.	Okres gwarancji (ilość miesięcy) – minimum 12	TAK	
18.	Gwarancja produkcji części zamiennych (ilość lat) – minimum 10	TAK	

Po dostarczeniu aparatu Dostawca zapewnia bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urządzenia.

Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

.....
(pieczęć podpis, data)