

XVI/227/51/10

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: Przetargu o wartości poniżej 14.000 EURO na dostawę myjni – dezynfektora dla Oddziału Anestezjologii Intensywnej Terapii. Nr sprawy : 38/2010

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych:

Szerokość: 600 mm

Głębokość: 450 mm

Wysokość: 1500 mm

Wymiary te nieznacznie odbiegają od wymiarów zawartych w załączniku do SIWZ i nie mają żadnego wpływu na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na myjnię o szerokości 600 mm ze względu na brak możliwości jej wstawienia w małym pomieszczeniu brudownika - wymagana szerokość jak w SIWZ.